



型建筑材料难燃性试验机 ZY6017E



技术参数

- ◆ 工作电源：AC380V，50HZ，总功率为3200W；
- ◆ 燃烧气体：甲烷和空气的混合气；甲烷流量为 (35 ± 0.5) L/min，其纯度大于95%的甲烷；空气流量为 (17.5 ± 0.2) L/min。（用户自备）
- ◆ 燃气流量：0-50L/min；
- ◆ 空气流量：0-30L/min（空压机用户自备）；
- ◆ 炉内压力的测量：采用精度0.5级差压变送器；
- ◆ 燃烧器：不锈钢制作，水平置于燃烧室中心，距炉底1000mm处；烟道：燃烧竖炉的烟道为方形的通道，其截面积为500mm×500mm，并位于炉子顶部，下部与燃烧室相通，上部与外部烟囱相接。本
- ◆ 设备装有强力排风扇，当试验完成后，启动排风扇系统将废气排出室外；
- ◆ 试件支架：L380mm*W380mm*H1000mm，选用优质不锈钢制作；
- ◆ 控制箱尺寸：L800mm*W550mm*H1700mm；
- ◆ 燃烧竖炉尺寸：L1600mm*W1003mm*H3930mm。



适用范围

适用于判定建筑材料是否具有燃烧性，凡是经过燃烧炉试验合格并不能通过建筑材料可燃性试验的材料均可定为难燃性材料。



符合标准

符合GB/T8625-2005的试验标准。



产品特点

此设备采用电脑控制，其表面进行喷塑处理，更显光洁、美观。

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话：0769-89066618

传 真：0769-89066619

邮 箱：vivi@zonskysz.com

网 址：www.zonskysz.com

销售电话：欧阳薇薇 15820889098

热 线：400-882-3908

